



ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**, со седиште на адреса ул.50-та Дивизија бр.14, 1000 Скопје, претставувано од **министерот Доц.Д-р Венко Филипче**, вопонатамошниот текст Договорен орган од една страна, и

2. **Винора ДООЕЛ Скопје ул: 50-та Дивизија 27, 1000 Скопје**, претставувано од управителот **Александар Николовски**, во понатамошниот текст Носител на набавката од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Одделни поими и изрази употребени во овој Договор имаат значење согласно од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17).

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е јавна набавка на стоки - **Медицинска опрема за потребите на Министерство за здравство на Република Северна Македонија**, а по претходно спроведена отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка, по оглас бр. **17-2432/4**.

ДЕЛ 1). Апарат за механичка вентилација Каталожки број: 8417800 Модел: SAVINA 300

Наменет за работа и вентилација на возрасни и педијатриски пациенти и тоа инвазивна, неинвазивна вентилација и кислородна терапија со респираторен опсег тидален волумен 20 мл. – 2000 мл.

Поставен на сопствена количка, со тркала кои можат да се закочат

Апаратот да обезбедува погон преку вградена сопствена турбина која работи независно од централен систем на компримиран воздух

Апаратот да има можност да се користи за интер- клинички транспорт на пациенти и во амбулантно возило без додаток дополнителен компресор.

Апаратот да поседува вентил за итност во случај на прекин со снабдување со кислород автоматски апаратот да префрли во режим на спонтано дишење преку филтриран амбиентален воздух

Да поседува софтверска процедура за лесно и брзо аспирирање при што со притискање на копче, апаратот да префрла во режим на сукулција, а по завршување на истиот се вклучува автоматски вентил кој го оксигенира пациентот мин 2 минути

Да поседува излез за приклучок на пневматички медикамент небулајзер кој е синхронизиран со инспирацијата.

Вградено независно напојување преку преку интерна батерија (минимум работа на батеријата 45 мин.) и минимум до 4 часа опционално со дополнителна батерија

- **Модови на вентилација:** (spnCPAP/PS, VC-CMV, VC-SIMV, VC-AC, VC- MMV, PC-APRV, PC-AC, PC-BIPAP (Bi-Level) NIV
- Неинвазивна вентилација во сите вентилациони модови (притисочни и волумен контролирани) со автоматска компензација на протекување
- Напредна опција на волумен ориентиран модови на вентилација која го испорачува зададе ниот волумен, под најмалможен притисок или еквивалентно (PRVC, AutoFlow, ASV или слично)
- O2 терапија со помош на маски за неинвазивна вентилација





Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Екран во боја, со големина од минимум 12 инчи, со екран осетлив на допир
Можност за симултано прикажување на екранот 3 криви (притисок, волумен, проток)
трендови

Да поседува мерење на концентрација на etCO₂- опционално

Подесувања на вентилаторот:

- Респираторен (тидален) волумен 20мл – 2Л
- Време на инспирација 0.2 – 10 секунди (траење на инспираторна фаза)
- Фреквенција на вентилација 2 – 80 во минута
- Инспираторен притисок 1 – 99 mbar
- РЕЕР од 0 – 50mbar
- Поддршка со за спонтано дишење на пациентот (Plessure support) 0 – 50 mbar
- Максимален инспираторен проток 250 Л/мин
- Подесување на O₂ концентрација 21 – 100%
- Подесување на осетливоста на тригерот 1 – 15 Л/мин

Да поседува функција задршка на инспириум заради рентген снимање

Да поседува компензација на протекување и на тригерот

Автоматска компензација на тубусот

Приказ на параметри на дисплејот:

- Притисок (максимален, плато, среден)
- Вкупен MV, MV за спонтано дишење
- Тидален волумен VT, инспираторен и експираторен VT
- Фреквенција на дишење (вкупна и спонтана)
- FiO₂
- Температура на инспираторниот гас etCO₂

Приказ: Pressure-Volume, Volume-Flow, Flow-Pressure, Volume-CO₂, Ptrach-Volume, Flow-Ptrach

Посебни функции за задршка на инспириум и задршка на експириум

PC232 комуникациски интерфејс

Порт за повик за медицинска сестра

Мерење и калкулација на факторот за одвикување на пациентот од механичка вентилација:
RSBI

Мерење на параметри:

- R, резистанса
- C, комплијанса

Интринзички РЕЕР/autoРЕЕР

Аларми по приоритет

Вентилаторот да користи стандардни пациент црева

Стандарден сет кој треба да се испорача со апаратот:

Држач зглоб за прицврстување на пациент цревата,

Небулајзер за медикамент

2 сета пациент црева за возрасни 1,5 метар

IV. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонскиот јазик.

V. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на договорот за предметната набавка изнесува **1.629.750,00** денари без ДДВ, односно **1.923.105,00** денарисо ДДВ,

VI. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 5



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Носителот на набавката е должен да го испорача, монтира, инсталита и да го пушти во употреба предметот на договорот, веднаш по потпишување на договорот.

Испораката на стоките се смета за извршена со потпишување на испратница и работен налог за монтажа и ставање во функција на апаратот, од овластено лице на Договорен орган и овластено лице на Носителот на набавката, за кој ќе се води записник од примопредавањето и пуштање во употреба на апаратот.

VII. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од 1 (една) година.

VIII. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган плаќањето ќе го изврши на следниов начин: 45 дена по испорака и пуштање во употреба на предметот на набавка, со доставување на фактура и испратница од страна на Носителот на набавката и **Министерство за здравство на РСМ.**

IX. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 8

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред арбитражна комисија која ќе ја сочинуваат 3 (три) члена и тоа по 1 (еден) од двете договорни страни, а третиот член ќе го одберат заеднички од редот на арбитражите на Арбитражниот суд при Стопанска Комора на Република Македонија.

Член 9

Доколку Арбитражната Комисија не даде обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

X. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

Доколку Договорот се раскине пред истекот на рокот определен во член 5 од овој Договор по вина на Носителот на набавка, Договорниот орган веднаш ќе ја реализира банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување која Понудувачот ја доставил и ќе објави негативна референца во ЕСЈН.

XI. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 11

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

XII. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 12

За се што не е регулирано со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Македонија.





Република Северна Македонија

Министерство за здравство

XIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Измени и дополни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс - Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

Член 15

Овој Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за носител на набавката.



Носител на набавка
Винора ДООЕЛ Скопје
Александар Николовски

